

南京农业大学实验室与基地处 实验室安全检查通报

2021 年第 3 期 （总第 29 期）

2021 年 05 月 07 日

为进一步加强我校实验室安全管理，4 月，学校继续组织实验室安全督导对全校实验室进行安全检查，同时对前期安全检查中发现问题的整改进行跟踪。现将检查情况通报如下。

一、 总体情况

4 月，初查共查出 74 个隐患，对于立查立改的隐患，安全督导现场指导，各学院积极督促实验室第一时间整改，基本能够整改到位；对于不能立改的，现场指导并限期整改。复查发现仍有小部分实验室思想不重视，未整改或整改不到位。隐患集中在以下方面：

1. 烘箱使用不规范,主要是未规范登记；
2. 危化品柜未及时上锁；
3. 实验室废弃物收集处置不规范；
4. 个别学院有实验室未经批准使用明火电炉；

本月检查各学院初查、复查安全隐患情况详见下表。

各学院初查、复查安全隐患情况统计表

	农学	植保	园艺	动医	动科	草业	资环	生科	理学	植物生 产中心	前沿 研究院	共计
初查	11	0	4	8	7	2	10	26	1	1	4	74
复查	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	1	8

隐患类型 学院	实验场所安全		基础安全		化学安全		废弃物收集	特种设备与常规冷热设备		总计
	实验室饮食、卫生等	设施、通道等	接线板、使用明火等用电不规范	做实验不穿实验服	危化品柜未上锁或未双人双锁	化学试剂储存和使用不规范(含未贴标签)	废弃物收集不规范	压力容器使用不规范	烘箱、灭菌锅等管理不规范	
农学院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
植保院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园艺院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
动医院	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3
动科院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
草业院	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
资环院	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
生科院	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
理学院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食品院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前沿交叉研究中心	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
植物生产中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	1	0	1	0	3	0	1	0	2	8

二、 部分现场问题照片

1.动医院



逸夫楼 2018—危化品柜放普通试剂且未双人双锁管理，
负责人江善祥（左图为初查，右图为复查）



逸夫楼 4061—未经批准使用明火电炉，负责人范红结（左图为初查，右图为复查）




逸夫楼 5010—危化品柜钥匙随意放在桌上，未双人双锁管理，
负责人杨倩（左图为初查，右图为复查）

2.动科院



逸夫楼 4080—实验室有饮食，负责人于敏莉（左图为初查，右图为复查）

3.草业院



理科南楼 F330—废液桶、废胶桶未张贴危废标签，负责人郭振飞（上图为初查，下图为复查）

4.资环院



资环楼 B509—危化品柜未及时上锁，负责人占新华（左图初查，右图复查）

5.生科院



生科楼 C7014—待报废的仪器仍然在使用，负责人盛下放

6.前沿交叉研究院



作物表型组学交叉研究中心公共实验室仪器设备使用登记表

日期 (时间段)	房间号	使用人及联系方式(手机)	使用设备名称	设备状态 (正常/报废)
2021.10	309	王慧敏 186107	planAim, 215	正常
2021.11~12	309	徐春翔 186107	1个5个烘箱	正常
2021.11-15	311	郭冲 186107	烘箱	正常
2021.12	311	占新华	烘箱	正常

备注：1. 使用前，使用人须仔细检查设备，是否正常运行，如发现问题，请及时联系负责人。
2. 使用后，使用人须及时进行清洁，保持干净整洁。

第 1 页



作物表型组交叉研究中心公共实验室仪器设备使用登记表

日期 (时间段)	房间号	使用人及联系方式(手机)	使用设备名称	设备状态 (正常/异常)
2021-3-12-3-12	311	徐凌朋 18810585808	小烘箱	正常
2021-3-15-3-20	311	周礼和 15891880915	烘箱	正常
2021-3-24-3-29	311	徐凌朋 18810585808	小烘箱	正常
2021-4-3-4-8	311	周礼和 15891880915	烘箱	正常
2021-4-10-4-25	311	徐凌朋	小烘箱	正常

备注: 1. 实验前, 使用人请仔细检查设备, 是否正常运行, 如发现异常, 请及时联系负责老师。
2. 实验后, 使用人请及时打扫实验区, 保持干净整洁。

第 6 页

第三实验楼 309—室内共有 4 台烘箱，其中 2 台未登记（正在进行 75 度烘样品），负责人罗晶晶

安全无小事，防患于未然，希望广大师生提高安全意识，针对检查中发现的各类安全隐患，请相关单位、实验室认真对照各项要求进行整改，迎接教育部的检查。

特此通报。

实验室与基地处

2021 年 05 月 07 日